

# Diskuse:Úvod do práce v biochemické laboratoři

## Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá • obrázky a licence • prolinkování

V článku bylo zkontrolováno • zdroje • citace • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel


## Připomínky k článku

Dobrý deň,

prosím aby nejaký iný redaktor po mne obnovil kontrolu učiteľom. Spavil som prolínk na článok.

Ďakujem s pozdravom --StenDy 18. 3. 2011, 15:17 (CET)

To, co nazýváte mikrostříkačkou je Hamiltonova pipeta. "Pipetory" se běžně nazývají automatické pipety. TH

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu reakciu na článok. Vaše podnety posunieme ďalej autorovi článku, prípadne ho môžete kontaktovať. Podľa mojich informácií je však *Hamilton* komerčná značka pipety, nie typ. V prípade Vášho ďalšieho záujmu neváhajte a doplňte informácie priamo do článku. Základný postup (ako editovať) nájdete v nápovede. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie nejasnosti, nápady alebo pripomienky, nečakajte, ale kontaktujte mňa (<https://www.wikiskripta.eu/w/Speci%C3%A1ln%C3%AD:E-mail/Dr%C5%BEiak>), prípadne kohokoľvek z redakcie. Pekný zvyšok večera.-- Jakub Žiak -- redakce WikiSkript 30. 10. 2011, 22:21 (CET)