

Diskuse:Dopplerovská sonografie (2. LF UK)/Archiv

Kontrola článku



Článek ke kontrole

Žádá se kontrola tohoto článku učitelem.

Navržený učitel: Petr Heřman

86037478 (diskuse) 7.12.2015, 18:52

Drobné připomínky:

Ve spojitém, či pulzním režimu:

- Průtokoměry - spojitě dopplerovské zobrazení
- Pulzní dopplerovské metody

Nejdříve mluvíte o *režimu* a potom o *zobrazení*; režim je přeci něco jiného než zobrazení., Rovněž si nejsem jistý tím, proč by průtokoměry nemohly pracovat v pulzním režimu a naopak, proč by se v pulzním režimu zase nedal měřit průtok? HiDop 360 - tím "spojitým zobrazením" myslíte, že se zobrazuje spektrum? Anebo co tím je míněno? Bobeček gelu je myslím lepší nanést přímo na sondu - viděl jsem mnohokrát gel neúčinně rozpatlaný po celém předloktí.

Stálo by za to doplnit, jak poznáme, jestli se jedná o nízkoodporovou anebo vysokoodporovou křivku.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 18.12.2015, 21:02

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel