

# Stanovení pH moči

Indikační zóna pro pH obsahuje směs vybraných acidobazických indikátorů. Většina využívá dva acidobazické indikátory – metylovou červen a bromthymolovou modř, popř. fenolftalein. Tím je zabezpečeno odečítání pH v rozsahu 5–9 změnou barvy z oranžové (kyselé pH) na zelenou až modrou (alkalické pH). Odečet je možný s přesností na 0,5.

## Odkazy

### Související články

- Vyšetření moči/chemické
- Bromtymolová modř



Reakce acidobazických indikátorů používaných při vyšetření pH moči